



Souhrnná zpráva vedoucího posuzovatele

Datum posuzování:

29.6.2010

Identifikace programu PT:

ALME - OR - 07/10

Název pracoviště	Adresa pracoviště
ALME – asociace autorizovaných laboratoří pro měření emisí	Jenečská 146/44, 161 00 Praha 6

Jméno a příjmení vedoucího posuzovatele: **Ing. Eva Klokočnicková**

Evid. číslo	Jméno a příjmení odborného posuzovatele	Posuzovaná kritéria (specifikace článků)
	Ing. Eva Klokočnicková	MPA 30-01-04

Zjištění

Viz zpráva o posouzení odborným posuzovatelem Dr. Svatoplukem Krýslem, CSc. v roce 2009.

Doporučení

Doporučení

(jasná specifikace dalšího postupu posuzování s odkazem na zjištění, uvedení termínů a rozsahu případných dalších návštěv a doporučení pro další postup skupiny posuzovatelů popř. akreditačního orgánu)

Na základě kladného posouzení v roce 2009 odborným posuzovatelem Dr. Svatoplukem Krýslem, CSc. doporučuji jmenovat tuto asociaci pilotním pracovištěm pro program ALME –OR -07/10 „Stanovení hmotnostního toku tuhých znečišťujících látek v proudící vzdušině.“

Počet dalších příloh:0

Přehled použité dokumentace:**Zpráva OP z roku 2009**

V Praze dne 29.6.2010

Podpis vedoucího posuzovatele:



Český institut pro akreditaci, o.p.s.

Opletalova 41, 110 00, Praha 1 - Nové Město

ALME - asociace autorizovaných laboratoří pro měření emisí

Jenečská 146/44

161 00 Praha 6

Naše č.j.: 1821/10/ČIAO Vyřizuje: Ing. E. Klokočnicková E-mail: KlokocnikovaE@cai.cz Praha dne: 29.6.2010

Věc: **Jmenování pilotním pracovištěm**

V souvislosti se zkoušením způsobilosti laboratoří prostřednictvím mezilaboratorního porovnání ve smyslu článku 5.9 ČSN EN ISO/IEC 17025 a v souladu s MPA 30-01-04, bodem 4, jmenuji na předcházejících kladných posouzení Vaši asociaci

pilotním pracovištěm

pro mezilaboratorní porovnání **ALME - OR - 07/10 „Stanovení hmotnostního toku tuhých znečišťujících látek v proudící vzdušině“** organizované **ALME – asociací autorizovaných laboratoří pro měření emisí.**

Za provedení MPZ odpovídá Ing. Jindřich Obršál, CSc.

Při provádění tohoto mezilaboratorního porovnání jste povinni dodržet schválený plán a řídit se MPA 30-01-04. Po jeho vyhodnocení jste povinni poskytnout ČIA protokol o přípravě vzorků, zprávu o mezilaboratorním porovnání s výsledky laboratoří.

Platnost tohoto jmenování končí předáním výše uvedených materiálů.



Ing. Bednářová
Ing. Martina Bednářová
Vedoucí útvaru chemických,
mikrobiologických a klinických
laboratoří a MPZ